



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)

tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekanpmf@uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs

PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-49/13-20

Datum: 12.08.2016.

Predmet: Materijal za obrazovanje i nauku - potrošni laboratorijski materijal i pribor – za partiju broj 2. potrošni laboratorijski materijal - dodatne informacije - pojašnjenje.

Saglasno odredbi člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 124/12, 14/15 i 68/15), na traženje pojašnjenja odnosno dodatnih informacija, dostavljamo sledeće odgovore:

Pitanja i odgovori:

1. 1. Koji prečnik filter papira?
Odgovor: Ø 110 mm
2. 3. Koji medijum I prečnik je potrebno ponuditi za syringe filter?
Odgovor: PTFI filter membranes, pore size 0.22 µm, diameter 25 mm
3. 4. Koji medijum I prečnik je potrebno ponuditi za syringe filter?
Odgovor: PTFI filter membranes, pore size 0.45 µm, diameter 25 mm
4. 113 Da li se misli na gumenu propipetu, ukoliko ne molim Vas za kataloški broj onoga što se do sada koristilo.
Odgovor: Misli se na gumenu propipetu
5. 181. 182. Da li se misli na klipnu pipetu od 50ml ili se misli na propipetu koja se stavlja na pipette?
Odgovor: 181. misli se na propipetu
182 misli se na propipetu
6. 232 Za koju namenu je teflonska slavina, za biretu ili nešto drugo?
Odgovor: teflonska slavina za biretu
7. 326 Koja je dužina kašike ?
Odgovor: 180mm
8. 358 Koji je prečnik silikonskog creva?
Odgovor: 8mm
9. 391 Da li se misli na balon za destilovanu vodu od stakla ili plastike?
Odgovor: Plasticni balon za destilovanu vodu
10. 416. Da li se misli na pumpicu za TLC prskalicu?
Odgovor: Misli se na pumpicu za TLC prskalicu
11. 437. Koja je dužina I vrsta pincete?
Odgovor: pincete tankog šiljatog vrha dužine minimum 12 cm
12. 438. Koja je dimenzija I vrsta makaza?
Odgovor: makaze šiljate tankog vrha dužine minimum 12 cm

13. 440. Molim Vas za dimenzije kesa za uzorkovanje.
Odgovor: širina 20cm dužina 20 cm
14. 442. Molim Vas za dimenzije tacne.
Odgovor: dužina 30 cm širina 20cm
15. 443. Da li se misli na odmerne sudove od 100ml?
Odgovor: misli se na odmerne sudove od 100ml
16. 445. Molim Vas za dimenzije laboratorijske igle.
Odgovor: minimalna dužina igle za disekciju je 15cm
17. 446. Molim Vas za zapreminu boce I da li se odnosi na staklenu ili plastičnu bocu?
Odgovor: 500ml staklena boca
18. 487. 488. Molim Vas za dimenzije traženih kesica.
Odgovor: kesice su dimenzija 15cm x 15cm
19. 510.511. Molim Vas za zapreminu kiveta I pipeta.
Odgovor: kivete i pipete su zpremine od 1,5ml
20. 522. Za koju dimenziju epruveta se traži stalak?
Odgovor: stalak za epruvete Ø 16mm
21. 527. Da li se misli na pasterove pipete, ako ne molim za kataloški broj do sada korišćenih?
Odgovor: misli se na pasterove pipete
22. 529. Koja je zapremina traženih nastavaka?
Odgovor: misli se na žute nastavke koji se koriste za količine od 2-200 mikrolitara
23. 550. Koji je prečnik traženih filtera?
Odgovor: prečnik je 25mm
24. 552-. Koji je prečnik traženih filtera ili nam dajte kat.broj Millipore?
Odgovor: prečnik je 25mm
25. 594. Koje su dimenzije traženih kesica?
Odgovor: dimenzije kesica su 15x 15 cm
26. 607. Molim Vas da proverite traženi kataloški broj ili da naglasite proizvođača.
Odgovor: kataloški broj je ispravan, proizvođač je Sigma Aldrich
27. 621 622 Molim Vas za prečnik traženih syringe filtera.
Odgovor: prečnik je 25mm
28. 632.633. Molim Vas za prečnik traženih syringe filtera kao I medijum u njima.
Odgovor: prečnik je 25mm
29. 641. Molim Vas za kat.broj proizvođača ili dimenzije traženog.
Odgovor: teflonski filter od 0,45 mikrona prečnika 25mm
30. 727.728.729.730. Molim Vas za prečnik traženih filtra.
Odgovor: prečnik je 25mm

Gore navedene izmene priloga A i B konkursne dokumentacije predmetne javne nabavke br. 12/2016, u izmenjenom obliku (prečišćenom tekstu) biće objavljene dana 12.08.2016. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca, u odgovarajućem formatu (pdf - excel).

