



PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Univerzitet u Novom Sadu

FACULTY OF SCIENCES
University of Novi Sad

TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 3, 21000 NOVI SAD, SRBIJA (SERBIA)
tel +381.21.455.630 fax +381.21.455.662 e-mail dekanpmf@uns.ac.rs web www.pmf.uns.ac.rs
PIB 101635863 MB 08104620

Broj: 0601-49/17- 36
Datum: 14.10.2016.

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Predmet: Laboratorijska oprema za izolaciju i kultivaciju
mikroorganizama za potrebe projekta SCOPES IZ73Z0_152527/1
- izmene i dopune konkursne dokumentacije

Poštovani,

U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15, daljem tekstu: ZJN), Komisija naručioca vrši izmene i dopune konkursne dokumentacije za javnu nabavku laboratorijske opreme za izolaciju i kultivaciju mikroorganizama za potrebe projekta SCOPES IZ73Z0_152527/1, broj 14/2016:

U poglavlju II TEHNIČKA SPECIFIKACIJA, u tabelarnom delu, tačke 1. i 2. menjaju se i glase:
„1. Aparat za šejkiranje u kontrolisanim uslovima, za različite zapremine sudova, orbitalni. Mogućnost programiranja aparata od 0-999 sati, opseg temperature +5°C iznad sobne do +80°C, stabilnost temperature je 0,1°C, brzina obrtanja od 10-500 rpm, LED displej, dijаметar šejkiranja 20mm, maksimalna količina mešanja sa platformom 20kg, elektronska kontrola vremena i temperature, PID mikroprocesni kontroler, u slučaju podizanja komore i ometanja zadatih uslova aparat se automatski isključuje, dimenzije unutrašnjeg nosača, tj. ploče koja se rotira su 480x500x120mm (±50mm na svaku navedenu dimenziju),
2. Adapter za aparat za šejkiranje sa mogućnošću šejkiranja različitih zapremina, sa platformom koja ima rolere koji omogućavaju siguran rad i mešanje, dimenzije 480x500x120mm, odnosno, platforma je tih dimenzija da može istovremeno da meša 30 laboratorijskih erlenmajer posuda od 100ml ili 9 laboratorijskih erlenmajer posuda od 500ml koje su sa 8 šipki pričvršćene za osnovnu ploču“.

Istovremeno vas obaveštavamo da su prilikom izrade konkursne dokumentacije načinjene tehničke greške koje ovom prilikom ispravljamo, u smislu da:

- u obrascu ponude sa strukturom cene (obrazac 1) umesto datuma "28.09.2016." treba da stoji "30.09.2016." i
- u obrascu izjave podizvođača o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. ZJN (obrazac 5), tekst napomene menja se i glasi: "Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ovom Izjavom ponuđač dokazuje da podizvođač ispunjava uslove iz tačke 1. do 4. Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom“.

Napred navedene izmene i dopune konkursne dokumentacije u predmetnoj javnoj nabavci br. 14/2016, u prečišćenom obliku, biće objavljene dana 14.10.2016. godine na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca.



KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU BR.14/2016
Predsednik Komisije

Dr Dragan Radnović, vanredni profesor